

Znak sprawy: ZP/13/2021

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania pn.:

Dostawa odczynników laboratoryjnych – 59 części.

Zamawiający informuje, iż do postępowania ZP/13/2021 wpłynęły następujące pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1

Dot. części nr 2. Glukoza – jakie parametry jakościowe ma spełniać produkt?

Odpowiedź:

Glukoza powinna spełniać parametry zgodnie z COA:

1. Obecność endotoksyn: ≥ 0 do ≤ 1 EU/mL
2. Osmolarność: ≥ 1240 do ≤ 1460 mOsm/kg
3. pH: ≥ 3.5 do ≤ 8.5
4. Sterylna
5. Odpowiednia do stosowania w hodowlach komórkowych

Pytanie nr 2

Dot. części nr 3. Zestaw odczynników umożliwiający przeprowadzenie 200 reakcji odwrotnej transkrypcji. Czy Zamawiający zaakceptuje 2 zestawy pozwalające na realizację po 100 reakcji każdy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3

Dot. części nr 6. Roztwór do natychmiastowej dekontaminacji powierzchni laboratoryjnych z zanieczyszczeń rybonuklazami. Czy Zamawiający zaakceptuje op. 250ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę przedmiotu zamówienia w ilości przewidzianej w Opisie przedmiotu zamówienia w opakowaniach po 250 ml.

Pytanie nr 4

Dot. części nr 7. Suplement do hodowli komórkowej Insulina-Transferyna-Selen z pirogronianem sodu – Czy Zamawiający zaakceptuje opakowania po 5ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę przedmiotu zamówienia w ilości przewidzianej w Opisie przedmiotu zamówienia w opakowaniach po 5 ml.

Pytanie nr 5

Dot. części nr 9. Skoncentrowany 100x koktajl inhibitora proteaz. Czy Zamawiający zaakceptuje op. 1ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę przedmiotu zamówienia w ilości przewidzianej w Opisie przedmiotu zamówienia w opakowaniach po 1 ml.

Pytanie nr 6

Dot. części nr 28. Błękit trypanu do liczenia komórek w automatycznym liczniku komórek. Czy Zamawiający zaakceptuje op. 20ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 7

Dot. części nr 45. Bufor do strippingu membran w technice Western blot 500 ml. Czy Zamawiający zaakceptuje bufor w zestawie 10x50ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza bufor w objętości 50 ml tylko jeśli jest 10x stężony, umożliwiający uzyskanie 500 ml buforu gotowego do użycia. W takim przypadku zamawiający nie przewiduje zakupu 10 opakowań, a tylko jednego.

Pytanie nr 8

1. Dotyczy projektu umowy, załącznik nr 6 do SWZ, § 2, ustęp 5 i 8 – części od 1 do 14, od 18 do 23, od 27 do 28 i od 45 do 47.

Zamawiający zapisał:

„ 5 - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy, że dostarczony przedmiot umowy nie posiada właściwości określonych w ust. 3-4, niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z opisem zawartym w formularzu ofertowym lub innych wad, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy, który niezwłocznie w nieprzekraczalnym terminie **3 dni** roboczych uzupełni braki ilościowe w przedmiocie umowy lub wymieni przedmiot umowy na nieposiadający wad.

.....

8 - Jeżeli w trakcie zastosowania przedmiotu umowy ujawnią się wady, których nie można było stwierdzić w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który w terminie **do 5 dni** roboczych rozpatrzy reklamację i w przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną wymieni reklamowany przedmiot umowy na nieposiadający wad lub poinformuje Zamawiającego o powodach nie uznania reklamacji.”

Prosimy o korektę w/w zapisów w odniesieniu do części od 1 do 14, od 18 do 23, od 27 do 28 i od 45 do 47 tak by brzmiały:

„ 5 - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy, że dostarczony przedmiot umowy nie posiada właściwości określonych w ust. 3-4, niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z opisem zawartym w formularzu ofertowym lub innych wad, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy, który niezwłocznie w nieprzekraczalnym terminie **21 dni** roboczych uzupełni braki ilościowe w przedmiocie umowy lub wymieni przedmiot umowy na nieposiadający wad.

.....

8 - Jeżeli w trakcie zastosowania przedmiotu umowy ujawnią się wady, których nie można było stwierdzić w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który w terminie **do 21 dni** roboczych rozpatrzy reklamację i w przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną wymieni reklamowany przedmiot umowy na nieposiadający wad lub

poinformuje Zamawiającego o powodach nie uznania reklamacji.”

Prośbę naszą motywujemy tym, iż odczynniki wymienione w w/w częściach są produkowane i magazynowane poza granicami kraju. W przypadku złożenia reklamacji jakościowej wykonawca potrzebuje dodatkowych dni na samą analizę słuszności reklamacji.

Producent odczynników, które to chcielibyśmy zaproponować przewiduje czas dostawy do 21 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadzi zaproponowane zmiany w projekcie umowy.

Zamawiający