

WSZYSCY ZAINTEREOSWANI WYKONAWCY

Modyfikacja SWZ

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu i aparatury w ramach projektu pod nazwą „Centrum Badania i Wdrażania Strategii Wspierającej Zdrowe Starzenie” (RIDage) w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” – 7 części

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji projektu umowy w następującym zakresie:

1. Zmianie ulega treść Załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie opisu części nr 7.

**I Było:
Część 7**

Przedmiot zamówienia: **Dostawa Systemu akwizycji danych umożliwiającego analizę sygnałów fizjologicznych kompatybilne z urządzeniem labjack U3-LV**

Opis:

W skład zestawu ma wchodzić:

1. Czterokanałowa jednostka główna– 1 sztuka
2. Zestaw elektrod do pomiaru aktywności elektrodermalnej (EDA) – 1 szt.
3. Jednorazowe elektrody przeznaczone do badania aktywności elektrodermalnej (100 sztuk pojedynczych elektrod zatraskowych w jednym opakowaniu)
4. Przejściówka umożliwiająca podłączenie przetworników sygnałów fizjologicznych do jednego z kanału wejściowego jednostki głównej

Opis techniczny systemu:

- Czterokanałowa jednostka główna
- System umożliwia: akwizycję, rejestrację i analizę biosygnali
- Częstotliwość próbkowania jednostki głównej: 100 000 próbek/s
- Stosunek sygnału do szumu: > 89 dB min
- Zastosowane filtry sprzętowe:
 - Dolnoprzepustowy – 20 KHz
 - Górnoprzepustowy – DC, 0,05 Hz – 5 Hz
- Trzy programowalne filtry cyfrowe (IIR); automatyczne lub regulowane przez użytkownika
- Komunikacja z komputerem przez wejście USB 2.0 lub wyższe, wejście na słuchawki 3,5mm, wejście DC, port równoległy oraz port I/O

- Jednostka główna kompatybilna z systemem Windows
- Zestaw elektrod do pomiaru aktywności elektrodermalnej (EDA)
- Jednorazowe elektrody przeznaczone do badania aktywności elektrodermalnej (100 sztuk pojedynczych elektrod zatrzaskowych w jednym opakowaniu)
- Przejściówka umożliwiająca podłączenie przetworników sygnałów fizjologicznych do jednego z kanału wejściowego jednostki głównej

Wymagane przeprowadzenie szkolenie dla jednej osoby do 7 dni od daty dostawy.

I Jest:
Część 7

Przedmiot zamówienia: **Dostawa Systemu akwizycji danych umożliwiającego analizę sygnałów fizjologicznych kompatybilne z urządzeniem labjack U3-LV**

Opis:

W skład zestawu ma wchodzić:

5. Czterokanałowa jednostka główna– 1 sztuka
6. Zestaw elektrod do pomiaru aktywności elektrodermalnej (EDA) – 1 szt.
7. Jednorazowe elektrody przeznaczone do badania aktywności elektrodermalnej (100 sztuk pojedynczych elektrod zatrzaskowych w jednym opakowaniu)
8. Przejściówka umożliwiająca podłączenie przetworników sygnałów fizjologicznych do jednego z kanału wejściowego jednostki głównej

Opis techniczny systemu:

- Czterokanałowa jednostka główna
- System umożliwia: akwizycję, rejestrację i analizę biosygnali
- Częstotliwość próbkowania jednostki głównej: 100 000 próbek/s
- Stosunek sygnału do szumu: > 89 dB min
- Zastosowane filtry sprzętowe:
 - Dolnoprzepustowy – 20 KHz
 - Górnoprzepustowy – DC, 0,05 Hz – 5 Hz
- Trzy programowalne filtry cyfrowe (IIR); automatyczne lub regulowane przez użytkownika
- Komunikacja z komputerem przez wejście USB 2.0 lub wyższe, wejście na słuchawki 3,5mm, wejście DC, port równoległy oraz port I/O
- Jednostka główna kompatybilna z systemem Windows
- Zestaw elektrod do pomiaru aktywności elektrodermalnej (EDA)
- Jednorazowe elektrody przeznaczone do badania aktywności elektrodermalnej (100 sztuk pojedynczych elektrod zatrzaskowych w jednym opakowaniu)
- Przejściówka umożliwiająca podłączenie przetworników sygnałów fizjologicznych do jednego z kanału wejściowego jednostki głównej

~~Wymagane przeprowadzenie szkolenie dla jednej osoby do 7 dni od daty dostawy.~~

2. Zmianie ulega treść załącznika nr 4 – Wzór umowy, w zakresie §2 ust. 15.

I Było:

§2

Zasady świadczenia usług

15. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 7, przeprowadzi szkolenie z obsługi dla jednego użytkownika wskazanego przez Zamawiającego, w terminie do 2 dni od daty dostawy. ***jeżeli dotyczy**

I Jest:

§2

Zasady świadczenia usług

~~15. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 7, przeprowadzi szkolenie z obsługi dla jednego użytkownika wskazanego przez Zamawiającego, w terminie do 2 dni od daty dostawy. ***jeżeli dotyczy**~~

Zamawiający dokona zmiany zapisów §2 ust. 15 i 16 umowy i nada im brzmienie:

„15. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego w części jest tel. mail, ze strony Wykonawcy jest tel. mail

16. W przypadku gdy eksploatacja przedmiotu zamówienia spowoduje uszkodzenie sprzętu będącego na wyposażeniu Zamawiającego, Wykonawca pokryje koszty naprawy uszkodzonego sprzętu.”

3. Zmianie ulega treść pkt 1 w Rozdziale XVI SWZ - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

I Było:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 31.12.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I Jest:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 1.01.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Zmianie ulega treść pkt 2 i 4 w Rozdziale XVII SWZ - SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

I Było:

2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową **do dnia 2.12.2021 r. do godziny 09:00.**
4. Otwarcie ofert następuje **w dniu 2.12.2021 r. o godzinie 10:00.**

I Jest:

2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową **do dnia 3.12.2021 r. do godziny 09:00.**
4. Otwarcie ofert następuje **w dniu 3.12.2021 r. o godzinie 10:00.**

Pozostałe zapisy SWZ i załączników pozostają bez zmian.

Zamawiający