

Znak sprawy: ZP/18/2022

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Zestaw 3**

dotyczy postępowania pn.:
Zakup odczynników i sprzętu laboratoryjnego – 40 części

Zamawiający informuje, iż do postępowania ZP/18/2022 wpłynęły następujące pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1

Cz.12

- 1.Czy Zamawiający zaakceptuje produkt pakowany w formie fiolek z płynem (1ml pozwala na neutralizację 100 ml ekstraktu)?
- 2.Na neutralizację jakiej objętości ekstraktu/lizatu ma starczyć produkt?

Odpowiedź:

- Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.
Ad. 2 Produkt ma wystarczyć na co najmniej 200 mL.

Pytanie nr 2

Cz.37

Czy Zamawiający zaakceptuje produkt o wymiarach 26,5 cm x 3 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane wymiary produktu.

Pytanie nr 3

Cz.38

Czy Zamawiający zaakceptuje produkt o wymiarach 30cm x 3 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane wymiary produktu.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w części nr 31 certyfikat ISO 9001?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 5

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ , część 10

Zamawiający zapisał:

„okres przydatności: **24** miesiące”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę w/w warunku tak by brzmiał:

„okres przydatności: **18** miesięcy”

Prośbę naszą motywujemy tym, że odczynnik wymieniony w części 10 charakteryzuje się krótszym niż zakłada Zamawiający okresem przydatności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Pytanie nr 6

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ, część 11

Zamawiający zapisał:

„okres przydatności: **48** miesięcy”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę w/w warunku tak by brzmiał:

„okres przydatności: **8** miesięcy”

Prośbę naszą motywujemy tym, że odczynnik wymieniony w części 11 charakteryzuje się krótszym niż zakłada Zamawiający okresem przydatności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 7

Dotyczy projektu umowy, § 2, ustęp 6 – części 9, 10, 11, 18, 21, 31 i 32..

Zamawiający zapisał:

„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy, że dostarczony przedmiot umowy nie posiada właściwości określonych w ust. 3-5, niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z opisem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia lub innych wad, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy, który niezwłocznie w nieprzekraczalnym terminie **3 dni roboczych** uzupełni braki ilościowe w przedmiocie umowy lub wymieni przedmiot umowy na nieposiadający wad.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę w/w warunku tak by brzmiał:

„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy, że dostarczony przedmiot umowy nie posiada właściwości określonych w ust. 3-5, niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z opisem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia lub innych wad, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy, który niezwłocznie w nieprzekraczalnym terminie **18 dni roboczych** uzupełni braki ilościowe w przedmiocie umowy lub wymieni przedmiot umowy na nieposiadający wad.”

Prośbę naszą motywujemy tym, iż odczynniki wymienione w w/w częściach produkowane są i magazynowane są poza granicami kraju. Ich producent gwarantuje czas samej dostawy do 21 dni kalendarzowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Pytanie nr 8

Dotyczy projektu umowy, § 2, ustęp 10 – części 9, 10, 11, 18, 21, 31 i 32..

Zamawiający zapisał:

„W przypadku konieczności wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na nieposiadający wad, Wykonawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko – swoimi środkami transportu w terminie **2 dni roboczych** od dnia uznania reklamacji.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę w/w warunku tak by brzmiał:

„W przypadku konieczności wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na nieposiadający wad, Wykonawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko – swoimi środkami transportu w terminie **18 dni roboczych** od dnia uznania reklamacji.”

Prośbę naszą motywujemy tym, iż odczynniki wymienione w w/w częściach produkowane są i magazynowane są poza granicami kraju. Ich producent gwarantuje czas samej dostawy do 21 dni kalendarzowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Pytanie nr 9

Dotyczy projektu umowy, § 2, ustęp 12 – części 9, 10, 11, 18, 21, 31 i 32..

Zamawiający zapisał:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować przedmiot umowy do godz. **13:00** w dniu dostawy po telefonicznym powiadomieniu o terminie dostawy upoważnionego pracownika Zamawiającego pod nr tel.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę w/w warunku tak by brzmiał:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować przedmiot umowy do godz. **16:00** w dniu dostawy po telefonicznym powiadomieniu o terminie dostawy upoważnionego pracownika Zamawiającego pod nr tel.”

Naszą prośbę motywujemy tym, że dostawy są realizowane z magazynu centralnego znajdującego się poza granicami kraju drogą lotniczą. Cena odczynników nie zawiera kosztów dostaw w określonych godzinach. Aby móc spełnić ten warunek zamawiającego musielibyśmy uwzględnić dodatkowy serwis w cenie produktu co znacznie wpłynęłoby na podwyższenie ceny ostatecznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Pytanie nr 10

Dotyczy projektu umowy, § 4, ustęp 8 – części 9, 10, 11, 18, 21, 31 i 32..

Wnosimy o usunięcie w/w ustępu w odniesieniu do części w/w.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w §4 ust. 8 projektu umowy, który brzmi:

„W przypadku niewykonania lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań zawartych w niniejszej umowie wynagrodzenie Wykonawcy będzie ograniczone lub nie zostanie wypłacone.”

Pytanie nr 11

Dotyczy projektu umowy, § 4, ustęp 9 – części 9, 10, 11, 18, 21, 31 i 32..

Zamawiający zapisał:

„W przypadku zwłoki Wykonawcy w spełnianiu świadczenia będącego przedmiotem umowy ponad 3 dni od terminu/terminów wskazanego/wskazanych w §5*, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia realizacji przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy („wykonanie zastępcze”).”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę w/w warunku tak by brzmiał:

„W przypadku zwłoki Wykonawcy w spełnianiu świadczenia będącego przedmiotem umowy ponad 3 dni od terminu/terminów wskazanego/wskazanych w §5*, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia realizacji przedmiotu umowy innemu podmiotowi, **a różnicą w cenie obciąży Wykonawcę** („wykonanie zastępcze”).”

Obecny zapis powoduje, iż Zamawiający dostałby finalnie zamawiany produkt bezpłatnie.

Rodzi to wątpliwości natury prawno-skarbowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem §6 ust. 5 projektu umowy, w sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. Zatem w niniejszym postępowaniu Zamawiającego powołał się na art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zgodnie z którym, o ile przepisy p.z.p. nie stanowią inaczej, to do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy k.c.

Instytucja wykonawstwa zastępczego została przewidziana i opisana zgodnie z art. 480 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), a w oparciu o zasadę swobody zawierania umów, która wynika z art. 353¹ k.c, czyli z pominięciem zgody sądu na przewidywanie zastosowania instytucji wykonania zastępczego.

Zgodnie z przywołanym art. 480 § 1 k.c. i zgodnie z treścią projektu umowy, w razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania czynienia, Zamawiający może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt Wykonawcy.

Zapis nie mówi więc o poniesieniu przez Wykonawcę części kosztów związanych z koniecznością zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego, a o poniesieniu kosztów w całości.

Wobec powyższego Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zaproponowanej modyfikacji zapisu §6 ust. 5 projektu umowy.

Pytanie nr 12

Dot. §2 pkt. 6 oraz 10

W związku z faktem, że dostawy produktów objętych częściami 3,4,5,6,7,11,12,14,17,37,38 są realizowane z magazynów poza granicami kraju zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia braków ilościowych oraz wymiany reklamowanego przedmiotu do max.15 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokona zmiany dla części 1-40 zamówienia, zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 7 i 8.

Pytanie nr 13

Dot. §2 pkt 12 Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu dostawy produktów objętych pakietami 3,4,5,6,7,11,12,14,17,37,38 do godziny 16 oraz możliwość telefonicznego lub mailowego poinformowania użytkownika o dostawie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokona zmiany dla części 1-40 zamówienia, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

Pytanie nr 14

Dot. §2 pkt 13 Prosimy o dopisanie informacji, że Zawiadomienie o terminie dostawy przez Wykonawcę winno nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę. Powiadomienia o wysyłce towaru są wysyłane automatycznie w dniu wysyłki towaru z magazynu (zazwyczaj 2-3 dni przed dostawą.).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokona modyfikacji zapisu §2 ust. 13 i nada mu brzmienie: „Zawiadomienie o terminie dostawy przez Wykonawcę winno nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę.”

Pytanie nr 15

Pytanie dotyczące dokumentu OPZ:

Dot. cz.37 Czy Zamawiający zaakceptuje membranę PVDF o porach 0,2 um wymiarach 26.5 cm x 3.75 m i zdolności wiązania białek od 262-448ug/cm2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 16

Pytanie dotyczące dokumentu OPZ:

Dot. cz. 38 Czy Zamawiający zaakceptuje membranę o wymiarach 30cm x4m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zamawiający