

Katowice, dnia 21.07.2023 r.

Znak sprawy: ZSO/36/2023

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zestaw 1

dotyczy postępowania pn.:

Dostawa, montaż i uruchomienie 6 sztuk defibrylatorów wyposażonych w gabloty wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi defibrylatora

Zamawiający informuje, iż do postępowania ZSO/36/2023 wpłynęły następujące pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie baterii zapewniającej min. 100 wyładowań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w ramach parametrów defibrylatorów (pkt. 5 OPZ) dopuszcza składanie ofert na defibrylatory z baterią zapewniającą min. 100 wyładowań..

Pytanie nr 2

Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia:

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy pkt 9 OPZ „Materiał wykonania obudowy zapewniający odporność na upadek z wysokości minimum 1 metra” dotyczy defibrylatora czy gabloty na defibrylator?.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że pkt. 9 OPZ dotyczy defibrylatora.

Zamawiający