

**Znak sprawy: ZSO/40/2023**

**WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**Zestaw 1**

dotyczy postępowania pn.:

**Usługa przeglądu technicznego: wyciągu chemicznego, komory laminarnej  
i dwóch aparatów USG – 3 części**

Zamawiający informuje, iż do postępowania ZSO/40/2023 wpłynęły następujące pytania Wykonawców:

**Pytanie nr 1**

Dot. Część 2

Czy Zamawiający wymaga, żeby przegląd komory był dokonany zgodnie z normą PN EN 12469 oraz czy wymaga wymiany filtrów i lamp bakteriobójczych UV (jeżeli znajdują się w komorze)? W przypadku wymaganej wymiany filtrów, prosimy o podanie ich wymiarów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądu zgodnie z normą PN EN 12469 oraz wymiany filtrów. Zamawiający nie wymaga jednak wymiany lamp bakteriobójczych UV będących na wyposażeniu komory. Zamawiający nie jest w stanie podać wymiarów filtrów ze względu na brak odpowiedniego sprzętu i uprawnień pozwalających mu na dokonanie pomiarów.

**Pytanie nr 2**

Dot. Część 2

W związku z różnym wykorzystywaniem komór laminarnych w placówkach medycznych, zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego, o udzielenie informacji dotyczących środowiska (działu), w którym ta komora pracuje oraz do jakich badań jest wykorzystywana (dot. zagrożeń użytkownika np. promieniowanie, cytostatyki).

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykorzystuje komorę w laboratorium biologii molekularnej, wykorzystując ją do pracy z organizmami GMO o stopniu bezpieczeństwa biologicznego BSL-1 oraz BSL-2. W dotychczasowych badaniach zamawiający nie wykorzystywał związków o działaniu cytostatycznym oraz prowadził prac badawczych z wykorzystaniem promieniowania.

**Pytanie nr 3**

Dot. Umowa § 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie Umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji wzoru umowy w tym zakresie.

Załączniki do pytań i odpowiedzi:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 4 Wzór umowy

**Zamawiający**