

Katowice, dn. 23.04.2024 r.

Znak sprawy ZSO/26/2024

## WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

#### Zestaw 1

dotyczy postępowania na:

**Dostawę artykułów laboratoryjnych jednorazowego użytku – 9 części**

Zamawiający informuje, iż do postępowania ZSO/26/2024 wpłynęły następujące pytania Wykonawców:

#### **Pytanie nr 1 dot. części 2**

Czy Zamawiający dopuści próbówki odporne na temp. w zakresie od -80°C do 120°C?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza próbek odpornych na temp. w zakresie od -80°C do 120°C.

#### **Pytanie nr 2 dot. części 2**

Czy Zamawiający dopuści próbówki z możliwością wirowania do 12000 x g?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza próbek z możliwością wirowania do 12000 x g.

#### **Pytanie nr 3 dot. części 6**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, by końcówki były kompatybilne z pudełkami epT.I.P.S. Box, jeżeli Wykonawca zaoferuje oraz wyceni końcówki pakowane w gotowe do użytku pudełka (raki) w ilości 10 pudełek po 96 sztuk/ 960 sztuk?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstąpi od wymogu, by końcówki były kompatybilne z pudełkami epT.I.P.S. Box. Opis przedmiotu zamówienia jasno wskazuje wytyczne co do funkcjonalności zamawianego produktu.

#### **Pytanie nr 4 dot. części 7**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, by końcówki były kompatybilne z pudełkami epT.I.P.S. Box, jeżeli Wykonawca zaoferuje oraz wyceni końcówki pakowane w gotowe do użytku pudełka (raki) w ilości 10 pudełek po 96 sztuk/ 960 sztuk?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstąpi od wymogu, by końcówki były kompatybilne z pudełkami epT.I.P.S. Box.

**Zamawiający**