

Katowice, dn. 07.05.2024 r.

Znak sprawy ZSO/27/2024

**WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**Zestaw 1**

dotyczy postępowania na:

**Dostawę analizatora składu i masy ciała**

Zamawiający informuje, iż do postępowania ZSO/27/2024 wpłynęły następujące pytania Wykonawców:

**Pytanie nr 1 dot. części 2**

Czy Zamawiający dopuści analizator składu i masy ciała o wskazanych przez Wykonawcę parametrach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na analizator o innych parametrach, częstotliwość impedancji jest za niska.

**Zamawiający**